

 <b>福建省石油化学工业设计院</b> FUJIAN PROVINCIAL PETROCHEMICAL DESIGNING INSTITUTE 发证部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部(MOHURD) 证书编号: 甲级A135004209(CLASS A A135004209)	仪表数据表  数字式汽车衡		图号 DWG. NO.	G181S-2021501-K-03
			页码 SHEET	2
			版次 REV.	0
位号	61-WT-5101	61-WT-5102	61-WT-5103	
用途	AGO柴油装车称重	AGO柴油装车称重	C8装车称重	
P&ID 图号	G181S-2021501-Y-02	G181S-2021501-Y-02	G181S-2021501-Y-02	
数字式称重显示控制器				
量程	0~80 t (净重)	0~80 t (净重)	0~80 t (净重)	
输出	RS485	RS485	RS485	
输入	RS485	RS485	RS485	
电源	~220V 50Hz	~220V 50Hz	~220V 50Hz	
类型	7位荧光数码显示器	7位荧光数码显示器	7位荧光数码显示器	
防护等级	IP68	IP68	IP68	
秤体	模块化结构、U型梁, 采用国内优质A3钢材	模块化结构、U型梁, 采用国内优质A3钢材	模块化结构、U型梁, 采用国内优质A3钢材	
台面厚度	秤面厚度优于12mm	秤面厚度优于12mm	秤面厚度优于12mm	
最大安全过载	150%FS	150%FS	150%FS	
最大极限过载	300%FS	300%FS	300%FS	
数字式称重变送器				
量程	0~80 t	0~80 t	0~80 t	
输出	RS485	RS485	RS485	
检定分度	20Kg	20Kg	20Kg	
电源	~220V 50Hz	~220V 50Hz	~220V 50Hz	
防爆等级	d II BT4	d II BT4	d II BT4	
防护等级	IP68	IP68	IP68	
至称重显示控制器电缆	配套	配套	配套	
防爆控制箱 (防爆等级: d II BT4)	配套	配套	配套	
数字式称重传感器				
量程	0~45 t	0~45 t	0~45 t	
精度等级	OIML (III)	OIML (III)	OIML (III)	
防爆等级	Exia II CT4	Exia II CT4	Exia II CT4	
防护等级	IP68	IP68	IP68	
传感器数量	8只	8只	8只	
至称重变送器电缆	配套	配套	配套	
反力装置	8个	8个	8个	
数字式汽车衡台面				
台面尺寸	3.4*18 m	3.4*18 m	3.4*18 m	
台面材质	S30408	S30408	S30408	
基础形式	无基坑	无基坑	无基坑	
注: 贸易级, 满足贸易需求; 键盘为16个金属按键。				